THEROX® -happihoitolaitteet.
Täyttö- ja käyttöopas.

Sivusta täytettävä säiliö

1. Varmista, että säiliössä on riittävästi nestemäistä happea täyttöä varten painamalla määrämittarin painiketta.

2. Pyyhi kotisäiliön ja kannettavan säiliön täyttöyhteet huolellisesti kuivalla, nukkaamattomalla liinalla (esim. talouspaperilla).

3. Aseta kannettavan säiliön ja kotisäiliön täyttöyhteet vastakkain. Käännä kannettava säiliö vaakatasosta myötäpäivään pystyasentoon, kunnes tunnet että sokka ja ura tarttuvat toisiinsa.

4. Käännä täyttöliittimen vipu auki. Laitteesta kuuluu täytön alettua suhinaa.

5. Kannettava säiliö on täynnä kun ääni muuttuu katkonaiseksi (”sylkevä ääni”) ja kotisäiliön kannen ympärille muodostuu valkoista höyryä. Käännä vipu takaisin kiinni.

6. Irrota kannettava säiliö kiertämällä vastapäivään. Mikäli laite ei irtoa kevyesti, anna sen jäädä paikoilleen muutamaksi minuutiksi kunnes jää on sulanut. Älä laita kotisäiliön täyttöyhteen suojatulppaa paikoilleen.

7. Kannettavan säiliön hapen määrän voit tarkistaa laitteen määrämittarin painiketta painamalla (Hi flow) tai hihnassa olevasta mittaasteikosta. Nosta laitetta määrämittarin hihnasta ja varmista että laite on pystyasennossa. Vihreä palkki näyttää hapen määrän.



Annostelu suoraan säiliöstä:

1. Varmista, että säiliössä on riittävästi nestemäistä happea käyttöä varten, painamalla määrämittarin painiketta.

2. Irrota letkuliitintä suojaava kutistemuovi ja kytke happiviikset letkuliittimeen.

3. Säädä haluttu virtaus kotisäiliön virtaussäätimestä.

Linde Healthcaren asiakaspalvelu, puhelin 0800 90008

Oy Linde Gas Ab
Asiakaspalvelu | Itsehallintokuja 6 | 02600 Espoo | Suomi
Tilaukset Puh. 0800 90008 | Sähköposti: hctilaus.fi@linde.com | Faksi: +358 10 242 0593
Laskutus Puh. 0800 95090 | Sähköposti: hclaskutus.fi@linde.com | www.linde-healthcare.fi

® THEROX on Linde plc:n rekisteröity tavaramerkki.

MED-1374A Ver.2 FI 2020-09

THEROX® -happihoitolaitteet.
Täyttö- ja käyttöopas.

Päältä täytettävä säiliö

1. Varmista, että säiliössä on riittävästi nestemäistä happea täyttöä varten painamalla määrämittarin painiketta.

2. Pyyhi kotisäiliön ja kannettavan säiliön täyttöyhteet huolellisesti kuivalla, nukkaamattomalla liinalla (esim. talouspaperilla).

3. Aseta kannettavan säiliön ja kotisäiliön täyttöyhteet vastakkain. Paina kannettavaa säiliötä suoraan alaspäin täyttöliittimien kohdalta siten että se painuu alaspäin. Laitetta tulee painaa koko täytön ajan.

4. Paina täyttöliittimen vipu **alas. Laitteesta kuuluu täytön alettua suhinaa.**

Therox Lux 0,3 litraa: Kun täyttö on kestänyt 30s ajan, käytä vipua kerran yläasennossa. Jatka sitten täyttämistä.

Therox Marathon 0,85 litraa: Kun täyttö on kestänyt 60s ajan, käytä vipua kerran yläasennossa. Jatka sitten täyttämistä.

5. Kannettava säiliö on täynnä kun ääni muuttuu katkonaiseksi (”sylkevä ääni”) tai vaimenee ja kotisäiliön kannen ympärille muodostuu valkoista höyryä. Päästä vipu takaisin yläasentoon.

6. Irrota kannettava säiliö pitämällä kiinni kantokahvasta ja painamalla irrotuspainiketta. Mikäli laite ei irtoa kevyesti, anna sen jäädä paikoilleen muutamaksi minuutiksi kunnes jää on sulanut. Älä laita kotisäiliön täyttöyhteen suojatulppaa paikoilleen.

7. Kannettavan säiliön hapen määrän voit tarkistaa laitteen takana olevasta mittaasteikosta. Nosta laitetta määrämittarin hihnasta siten että laite on pystyasennossa. Vihreä palkki näyttää hapen määrän.

Annostelu suoraan säiliöstä:

1. Varmista, että säiliössä on riittävästi nestemäistä happea käyttöä varten, painamalla määrämittarin painiketta.

2. Irrota letkuliitintä suojaava kutistemuovi ja kytke happiviikset letkuliittimeen.

3. Säädä haluttu virtaus kotisäiliön virtaussäätimestä.

Linde Healthcaren asiakaspalvelu, puhelin 0800 90008

Oy Linde Gas Ab
Asiakaspalvelu | Itsehallintokuja 6 | 02600 Espoo | Suomi
Tilaukset Puh. 0800 90008 | Sähköposti: hctilaus.fi@linde.com | Faksi: +358 10 242 0593
Laskutus Puh. 0800 95090 | Sähköposti: hclaskutus.fi@linde.com | www.linde-healthcare.fi

® THEROX on Linde plc:n rekisteröity tavaramerkki.

MED-1374B Ver.2 FI 2020-09